J.P.
EXPORT · IMPORT

LÁMPARA DE HENDIDURA

Clásica Reducida

CRI-2040

CON INTENSIFICADOR DE LUZ EN EL JOYSTICK

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

MICROSCOPIO

Tipo	Microscopio estereoscópico binocular
Sistema de cambio de aumentos	Sistema de cambio de objetivos tipo revólver, con un par de objetivos
Objetivos	1 x y 1.6 x
Oculares	10 x

Aumentos disponibles:

Objetivo	x	Ocular	=	Aumentos
1 x		10 x		10 x
1.6 x		10 x		16 x

Ajuste dióptrico	
Ocular 10 x	± 8 Dioptrías para ambos ojos
Ángulo entre ejes ópticos	13º
Distancia interpupilar (D.P.)	54-94 mm

SISTEMA DE HENDIDURA

Campo de iluminación	
Ancho de hendidura	Apertura progresiva de 0 a 10 mm
Largo de hendidura	Apertura progresiva de 8 a 1 mm (sistema de cometa)
Diámetro de iluminación	10 mm, 9 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm y 0,2 mm
Rotación de hendidura	Variable 90º desde la posición vertical hasta la horizontal en ambos sentidos, con escala indicadora de grados del eje
Inclinación de iluminador (Tilting)	Variación de la hendidura en elevación de 0 a 20º con 5 posiciones angulares fijas
Filtros	Abierto, azul cobalto, amarillo, verde y anticalórico
Lámpara	Bombilla incandescente precentrada de 6 V, 27 W. También disponible lámpara halógena de 12 V, 35 W, ambas con regulación lineal de luminosidad

BASE

Movimiento longitudinal	100 mm
Movimiento lateral	95 mm
Ajuste fino	± 10 mm en cualquier dirección
Movimiento vertical	30 mm

MENTONERA

Movimiento vertical	Máximo 80 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Entrada (primario)	CA 110 V; 125 V; 220 V y 240 V (50/60 Hz) ajustable por selector de voltaje
Salida (secundario)	Regulación electrónica de 0 ÷ 6 V CA. También disponible 0 ÷ 12 V CA para bombilla halógena

DISPONIBLE MODELO CL 2030 SIN INTENSIFICADOR DE LUZ

ACCESORIOS

4 Tornillos cabeza estrella (M3x18) y sus tuercas
~~1 Lente de Hruby~~
~~1 Placa guía para lente de Hruby y Tonómetro modelo T~~
2 Llaves Allen 5 y 6 mm
1 Difusor de punto luminoso
1 Bombilla punto fijación
2 Espejos largos
1 Fusible 0,3 A
1 Tapa alojamiento testigo
1 Tapa de protección higiénica
2 Tapas de cremalleras
1 Paquete de papel mentonera
2 Pasadores sujetapapel mentonera
1 Funda
1 Cable alimentación eléctrica
1 Bombilla incandescente 6 V, 4.5 A o Bombilla halógena de 12

REPUESTOS

REPUESTO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO BOBES (Para suministro)
Conector de red	Con portafusibles	170300
Lápara de iluminación	(6 V, 27 W); (12 V, 35 W)	170505; 170502
Regulador de intensidad	PCI + componentes	170839
Transformador	110/120/220/240 V	170554

Otros componentes sustituibles (también pueden ser suministrados por BOBES, S.A.) son:

REPUESTO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO BOBES (Para suministro)
Cable con conector de red	220 V, clavija Schucko	170066
Cable con conector de red	110 V, Hospital Grade	170065
Fusibles	Lento. 220 V-240 V CA 315 mA / 250 V. Diámetro 5x20	170179
Fusibles	Lento. 110 V-120 V CA 2 mA / 250 V. Diámetro 5x20	170180

Empresa registrada en el Departamento de Salud Pública de E.E.U.U. (F.D.A.). instrumento conforme a las normas UNE EN 60601-1; UL 2601-1;CAN/CSA C22.2 N.º 601.1

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

J.P. EXPORT - IMPORT
J.P. Export - Import S.L.
info@jpbobes.com
Avenida de España, 51 El Molar 28710 Madrid
Tlf./Fax: 91 841 08 81

CE ISO 9002